

## INDICADOR DE CALIDAD

<b>Grupo de Indicadores:</b> Stándart IV Servicios de Unidades de Apoyo Central de Esterilización		<b>Nombre:</b> Material procesado limpio, libre de materia orgánica.			
<b>Descripción:</b> Contenedores, equipos o material médico quirúrgico procesados en la Central de Esterilización (C. E) y que al momento de uso se encuentra limpio y libre de materia orgánica					
<b>Objetivos:</b> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Prevenir IHH.</li> <li>- Pesquisar este problema y corregirlo.</li> <li>- Medir la calidad de los productos entregados.</li> </ul>					
<b>Justificación:</b> Todo el proceso de esterilización es responsabilidad de la C. E, incluyendo la etapa de lavado. La presencia de materia orgánica, mancha u óxido en el material médico quirúrgico indica que este proceso no se cumplió, por lo que este material una vez procesado no se encuentra estéril. Es importante destacar que el uso del material en estas condiciones puede producir una IHH o una reacción adversa a pirógeno.					<b>Tipo de Indicador:</b> Indicador de Proceso.
<b>Numerador:</b> N ° de materiales procesados, limpios y libre de materia orgánica.  Nota: Agregue el periodo que se realiza el estudio.					
<b>Población incluida:</b> Contenedores, equipos o material médico quirúrgico procesados en la C. E limpio y libre de materia orgánica.  Nota: Agregue el periodo que se realiza el estudio.			<b>Población excluida.</b> Contenedores, equipos o material médico quirúrgico provenientes de servicios o unidades externas a la institución.  Nota: Agregue el periodo que se realiza el estudio		
<b>Denominador:</b> N ° total de materiales procesados en la Central de Esterilización. Nota: Agregue el periodo que se realiza el estudio					
<b>Población incluida:</b> Contenedores, equipos o material médico quirúrgico procesados en la C. E. Nota: Agregue el periodo que se realiza el estudio.					
<b>Población excluida</b> Contenedores, equipos o material médico quirúrgico provenientes de servicios o unidades externas a la institución. Nota: Agregue el periodo que se realiza el estudio.					
<b>Fuente de Datos:</b> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Registro de cargas de equipos esterilizadores</li> <li>• Registro o reporte de incidentes de la C. E.</li> </ul>		<b>Grupos de edad:</b> No corresponde.	<b>Ajuste de Riesgo:</b> No Corresponde	<b>Tipo de datos:</b> Porcentaje	<b>Estándar:</b> 100 %